Produktinformation / datablad

Produktbetegnelse: **XH1 Sikkerhetslansetter**

Anbefalt bruk: XH1 Sikkerhetslansetter fra NordicMed er sterile lansetter beregnet til kapillær-blodprøvetaking, er engangs og skal benyttes av utdannet helsepersonell.

Katalognummer:

Katalog nummer	Stikkdybde (mm)	Nåletykkelse (G)
XH1 28G	1,6	28
XH1 25G	1,8	25
XH1 23G	1,8	23
XH1 21G	1,8	21

Forsiktighetsregler:

1. Les avsnittet "Bruksanvisning" før bruk.
2. Velg lansett med korrekt stikkdybde. Unngå å presse unødvendig under bruk.
3. Bruk verneutstyr i henhold til lokale retningslinjer for å unngå utilsiktede infeksjoner.
4. I tillfelle stikkskader eller kontaminering med blod henvises det til lokale retningslinjer.
5. Lansetten er et sterilt produkt til engangsbruk. Kontroller pakningen før bruk. Bruk ikke lansetten, hvis utløpsdato er overskredet eller pakningen er skadet.
6. Etter bruk kastes lansetten i egnet beholder.
7. Produktet skal oppbevares utilgjengelig for barn, da produktet består av små deler, som kan forårsake kvelning ved inntak.

Innhold: FSC sertifisert eske med 200 stk. sikkerhetslansetter.

Innerpakning, eksempel:

med · kjemi
Post- og besøksadresse: Drengsrudbekken 9, N-1383 ASKER
Telefon: 66 76 49 00
http://www.med-kjemi.no/

Beskrivelse: XH1 Sikkerhetslansetter er sterile lansetter som aktiveres med knapp, og brukes til punksjon av huden. Hver enhet inneholder en lansett laget av rustfritt stål som er belagt med silikon på spissen, samt en fjær som sikrer at lansetten trekkes automatisk tilbake etter aktivering.

Farge: Fargerne er avhengige av nåletykkelsen. Se fargekoder under avsnittet "Katalognummer".

Sterilt / ikke sterilt: Produktet er sterilt. Sterilisert ved hjelp av bestråling.

Rengjøring: Produktet er til engangsbruk.

Materiale/egenskaper:



	Komponent	Materiale / Standard
1	Hus	Polypropylen/PP (Standard: GB/T 12670-2008)
2	Utløser-knapp	Polypropylen/PP (Standard: GB/T 12670-2008)
3	Fjær	Rustfritt stål (Standard: GB/T 4240-2009)
4	Beskyttelseshette	Polypropylen/PP (Standard: GB/T 12670-2008)
4	Nål	Rustfritt stål (Standard: GB/T 4240-2009)
4	Nål holder/støtte	Polyetylen/PE (Standard: GB/T 11115-2009)
5	Fjær	Rustfritt stål (Standard: GB 4357-2009)
	Coating	Silikon

Regulativ: MDR (EU) 2017/745

Sertifikater: CE og MDR, Klasse IIa

Holdbarhet: 5 år

Oppbevaring: Produktene skal oppbevares i et tørt, rent og godt ventilert miljø. Lansettene skal beskyttes mot støt og trykk for å unngå skade på den forseglede emballasjen og deformering av lansettene.

Avfallshåndtering: Produktet kastes i risikoavfall.
Emballasjen bør gjenbrukes eller forbrennes.

Forpakning:

Sekundær forpakning	Antall	200 stk. pr. eske	
	Eske	Materiale	FSC sertifisert papp
		Farge	Natur
		Størrelse i cm (l / b / h)	14 / 13 / 10,5
		Vekt i kg	0,515
Tertiær forpakning	Antall	18 esker pr. kartong (3.600 stk.)	
	Kartong	Materiale	FSC sertifisert papp
		Farge	Natur
		Størrelse i cm (l / b / h)	54,1 / 29,2 / 15,2
		Vekt i kg (N/B)	4 / 5,9

med · kjemi
Post- og besøksadresse: Drengsrudbekken 9, N-1383 ASKER
Telefon: 66 76 49 00
http://www.med-kjemi.no/

Bruksanvisning:

1. Forberedelse:
a) Velg den ønskede lansett-størrelsen.
b) Rengjør innstikksstedet med egnet antiseptisk middel.

2. Instruksjon:

1. Skru beskyttelseshetten nederst på lansetten av, og trekk den ut.
2. Plasser lansetten på innstikksstedet og trykk ned knappen på lansetten for å aktivere utløsningsmekanismen.
3. Etter bruk skal sikkerhetslansetten kastes forsvarlig i henhold til de lokale retningslinjene.
4. Det anbefales å tørke av den første bloddråpen.
Hvis det blør dårlig, massér forsiktigt i nærheten av innstikksstedet.

Symboler og forklaringer:

	Fabrikant / Produsent	CE 0123	CE-merke med det bemyndigede organs registreringsnummer 0123	LOT	Batchnummer
EC REP	Autorisert representant i EU	STERILE R	Sterilisert vha. bestråling		Produksjonsdato
	Forsiktig		Engangs - må ikke gjenbrukes		Utløpsdato
	Se bruksanvisning		Må ikke brukes, hvis emballasjen er skadet	MD	Medisinsk utstyr
	Denne side opp		Oppbevares tørt		Beskyttes mod sollys
	Skjør, håndteres med forsiktighet	REF	Katalognummer	UDI	Unik utstyrsidentifikasjon
	Importør		Enkelt sterilt barrieresystem		

med · kjemi
Post- og besøksadresse: Drengsrudbekken 9, N-1383 ASKER
Telefon: 66 76 49 00
http://www.med-kjemi.no/